



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer postępowania: **ZP-271-36/21**

Kraków, dnia 26.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na: **”dostawę aparatury medycznej dla Kliniki Ginekologii Onkologicznej”**,

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1:

dot. pakiet 2 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zamiast zasłony bawełniano-poliestrowej dopuści równie funkcjonalną zasłonkę poliestrową z wodoodporną powłoką w 6 kolorach do wyboru? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane we wszelkiego rodzaju placówkach służby zdrowia i uznawane jest za równoważną alternatywę. Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

dot. pakiet 2 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zamiast zasłonek o wymiarze 295x200 cm dopuści zasłonki o wymiarach 150x200 cm? Takie działanie znacząco ułatwi i przyspieszy zawieszanie zasłonek, ponieważ duże zasłony są nieporęczne i dosyć ciężkie co sprawia, że czynność ich wymiany staje się mało komfortowa i wymagająca większych pokładów energii i siły. Prosimy o dopuszczenie ww. wymiarów zasłonek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

dot. pakiet 2 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści równie funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu zasłonki zmywalne o wymiarach 180x200 cm? Takie rozwiązanie zagwarantuje dużą wygodę oraz możliwość ich dezynfekcji bez konieczności ich zdejmowania i oddawania do pralni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76
NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

Pytanie nr 4:

dot. pakiet 2 opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o uzupełnienie następującej informacji dotyczących:

- a) wysokości pomieszczeń gdzie mają być mocowane parawany sufitowe (odległość podłoga – strop)
- b) czy pomieszczenia te posiadają sufity podwieszane? (jeśli tak podać odległość między podłogą a sufitem podwieszanym)
- c) czy wszystkie odcinki parawanów będą mocowane tylko z jednej strony, bezpośrednio do ściany ?
- d) czy którakolwiek ze ścian wykonana jest w technologii karton-gips ?
- e) określić z jakiego materiału wykonany jest strop w pomieszczeniach, do którego będą montowane zawiesia parawanów
- f) jaka jest ilość sal gdzie będą montowane parawany?

Odpowiedź na a):

Lp.	Pomieszczenie	Ilość parawanów	Wysokość pomieszczeń
1	Sala chorych nr 103	2	3 m
2	Sala chorych nr 104	2	3 m
3	Sala chorych nr 105	2	3,15 m
4	Sala chorych nr 106	2	3,15 m
5	Sala chorych nr 107	2	3,15 m
6	Sala chorych nr 108	2	3,15 m
7	Sala chorych nr 113	2	3,14 m
8	Pokój zabiegowy	1	2,97 m

Odpowiedź na b): Nie, pomieszczenia te nie posiadają sufitów podwieszanych.

Odpowiedź na c): Montaż do sufitu na szynie przysufitowej lub montaż do sufitu podwieszany na szynie w odległości od 50cm do 65cm od sufitu w zależności od wysokości pomieszczenia, tak aby przestrzeń pod zasłoną była max. 40 cm od podłogi.

Odpowiedź na d): Nie.

Odpowiedź na e): Strop betonowy.

Odpowiedź na f): 7 sal chorych, 1 pokój zabiegowy.

Pytanie nr 5:

dot. wzór umowy- załącznik nr 3

dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony pakiecie nr 2 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę treści § 1 ust. 1 wzoru Umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 6:

dot. wzór umowy- załącznik nr 3

dot. §4 ust.1 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla wyrobów, których producent nie sklasyfikował jako wyroby medyczne, zapis w/w paragrafu o treści „a w zakresie wyrobów medycznych została wprowadzona do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych” nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę asortymentu niesklasyfikowanego jako wyrób medyczny, zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy –

załącznika nr 3 do SWZ w zakresie dotyczącym wyrobów medycznych, tj. wprowadzenia do obrotu i do używania na podstawie ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, nie znajdzie zastosowania.

Pytanie nr 7:

dot. wzór umowy- załącznik nr 3

dot. §4 ust.4, 5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietu nr 2, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę treści § 4 ust. 4, 5 wzoru Umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Zmiana nr 1 SWZ:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ poz. 2:

Było:

Parawan przysufitowy o długości 2,5m, aluminiowy z wkładką PCV

Jest:

Parawan przysufitowy o długości 2,5m, aluminiowy z wkładką PCV lub parawan podwieszany do sufitu na szynie.

Zmiana nr 2 SWZ:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ poz. 3:

Było:

Zasłona bawełniano-poliestrowa o wymiarach 295 cm x 200 cm (szerokość x długość) z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (min. 3 kolory).

Jest:

Zasłona bawełniano-poliestrowa o wymiarach 275cm x 200cm (+/- 5cm) (długość (wysokość) x szerokość) z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (min. 3 kolory) lub zasłona bawełniano-poliestrowa o wymiarach 225cm x 200cm (+/- 5cm) (długość (wysokość) x szerokość) z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (min. 3 kolory). Długość zasłony w zależności od sposobu montażu (zasłona max. 40 cm od podłogi).

Zmiana nr 3 SWZ:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ poprzez dodanie punktu 13 o treści:

Wykonawca jest zobowiązany do własnego wykonania pomiarów w celu poprawnego zawieszenia parawanów.

Zmiana nr 4 SWZ:

Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ poprzez usunięcie treści punktu 10.

W związku z wprowadzoną zmianą zmiana ulega numeracja w załączniku nr 7 do SWZ.

Zmiana nr 5 SWZ:

Było:

Termin składania ofert: do dnia 29.07.2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 29.07.2021 r. o godz. 11:30.

Jest:

Termin składania ofert: **do dnia 03.08.2021 r. do godz. 11:00.**

Termin otwarcia ofert: **w dniu 03.08.2021 r. o godz. 11:30.**

Zmiana nr 6 SWZ:

Zamawiający zmienia termin związania ofertą:

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.08.2021 r.

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **01.09.2021 r.**

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.