

Kraków, dnia 08 września 2021 r.

Numer postępowania: **ZP-271-46/21**

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dzierżawę analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników do badań i materiałów zużywalnych**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w zw. art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obecnie użytkowanych przez Zamawiającego – komputera z wyposażeniem, drukarki laserowej, zasilacza awaryjnego UPS ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 8. Czy jako program do inwentaryzacji zużycia odczynników, buforów i odpadów stałych Zamawiający rozumie funkcje w oprogramowaniu analizatora, które pokazują aktualny poziom odczynników do wykorzystania, buforów, które pozostały w aparacie oraz zapewnienia kosza wykorzystanymi materiałami (celkami reakcyjnymi)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rozumie jako program do inwentaryzacji zużycia odczynników, buforów i odpadów stałych funkcje w oprogramowaniu analizatora, które pokazują aktualny poziom odczynników do wykorzystania, buforów, które pozostały w aparacie oraz zapewnienia kosza wykorzystanymi materiałami (celkami reakcyjnymi).

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 12
Czy Zamawiający wymaga zarówno dodawania jak i usuwania odczynników i materiałów eksploatacyjnych bez konieczności przerywania pracy analizatora i przechodzenia w tryb standby i stop ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zarówno dodawania jak i usuwania odczynników i materiałów eksploatacyjnych bez konieczności przerywania pracy analizatora i przechodzenia w tryb standby i stop.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 19
Panel badań Zamawiającego zawiera testy jakościowe- HBS Ag, Anty HCV, HIV, Anty HBC,
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dla tych testów funkcji automatycznego rozcieńczenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga dla ww. testów funkcji automatycznego rozcieńczenia.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 19
Czy Zamawiający dopuści odczynniki, w przypadku których Oferent nie zapewnia funkcji automatycznego rozcieńczenia- Free PSA, SCC, 25-OH Vit D, Free T3, Free T4 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 21 oraz Opis przedmiotu zamówienia, Parametry wymagane dla odczynników pkt 4

Czy Zamawiający dopuści odczynnik, w przypadku którego stabilność kalibracji wynosi krócej, niż dla tej samej serii odczynnikowej - 25-OH Vit D (stabilność kalibracji 30 dni) ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dla ww. odczynnika.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry wymagane dla odczynników pkt 2

Czy Zamawiający dopuści odczynniki, w przypadku których stabilność na pokładzie wynosi krócej niż 4 tygodnie – Prokalcytonina (25 dni), 25-OH Vit D (21 dni) ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dla ww. odczynników.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry Graniczne pkt 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obecnie użytkowanej przez Zamawiającego wirówki laboratoryjnej MPW M-Uniwersal ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby test Troponina był możliwy do wykonywania w próbkach zhemolizowanych 300 mg/dL ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga możliwości wykonania testu Troponiny w próbkach zhemolizowanych dla stężeń hemoglobiny nie mniej niż 300 mg/dL

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby aspiracja próbki przez analizator odbywała się przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego ? W takiej sytuacji błąd aspiracji próbki nie powoduje utraty testu (odczynnika).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z minimum 4 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi dla oferowanego analizatora i odczynnika można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis SWZ, iż ilości zamawianego towaru stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał

wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.