

Kraków, dnia 28 grudnia 2021 r.

Numer postępowania: **ZP-271-41/21**

Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne /
Strona internetowa prowadzonego
postępowania

POWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert
oraz wyjaśnieniach i zmianie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na **dostawę pomp infuzyjnych objętościowych**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1
(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową przeznaczoną do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, znieczulających, uspokajających, przeciwbólowych, cytostatyków w zamkniętym systemie z wielodrożnymi liniami według NIOSH - Udokumentowana dostępność linii do podaży wymienionych substancji. przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, podskórna) ?

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową bez możliwości podaży żywienia dojelitowego, Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby wykluczyć błąd podania ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 3

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 12 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z dokładnością mechaniczną +/-5% a nawet lepszą w większości sytuacji klinicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 4

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.16 Czy Zamawiający dopuści pompę o stopniu ochrony IP 22 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 5

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego: czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu):pow. 8 h przy 25 ml/h pow. 5 h przy 1500 ml/h . Informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach widoczna po wybraniu opcji z menu akumulator . Na obudowie za pomocą symbolu pokazany poziom naładowania akumulatora ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 6

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym graficznym wyświetlaczem LCD . o wymiarach 70 mm x 35 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 7

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.20 Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem na stałe zamocowanym do pompy . Zakres regulacji specyfikacja stojaka: ☐ Średnica: od 15 do 40 mm ; Specyfikacja szyny:☐ Wysokość: od 25 do 35 mm ☐ Głębokość: od 8 do 10 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 8

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.23 Czy Zamawiający dopuści pompę z Regulacja intensywności podświetlenia na 6 poziomach z możliwością ustawienia tryb dzień/noc ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 9

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści pompę z ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na 19 poziomach w zakresie od 50 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 10

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z funkcją programowania objętości do podania od 0,1- 999 ml. /dawka od 0,1- 9999 jednostek ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 11

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.31 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę objętościową z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 12

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 32 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h). • Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 13

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz.35 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową z możliwością programowania infuzji w jednostkach. Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/ml/h, mg/ml/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 14

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 36 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową zawierającą 2850 leków w 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika w każdym profilu do 150 leków bez możliwości zastosowania kolorowych etykiet ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 15

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 44 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z funkcją wykrywania pęcherzyków powietrza od 0-250µL ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 16

(dotyczy załącznika nr 2 do SWZ)

Poz. 47 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową z uchwytem na stałe wbudowanym w pompę Zakres regulacji specyfikacja stojaka: Średnica: od 15 do 40 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie Opisu przedmiotu zamówienia
(Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych) – załącznika nr 2 do SWZ.

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1

Było:

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 27 stycznia 2022 r.**

Jest:

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 01 lutego 2022 r.**

Zmiana nr 2

Było:

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 08:00.**

Jest:

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 03 stycznia 2022 r. do godz. 08:00.**

Zmiana nr 3

Było:

19. TERMIN OTWARCIA OFERT

19.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29 grudnia 2021 r. do godz. 08:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Jest:

19. TERMIN OTWARCIA OFERT

19.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03 stycznia 2022 r. do godz. 08:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **29 grudnia 2021 r. godz. 08:00** na dzień **03 stycznia 2022 r. godz. 08:00.**
- otwarcia ofert, z dnia **29 grudnia 2021 r. godz. 08:30** na dzień **03 stycznia 2022 r. godz. 08:30.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Wprowadzone zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.