

/pieczętka zamawiającego /

Załącznik nr 2

Eap-2412/2/22/M

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i akcesoriów jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji – 5 pakietów** na potrzeby OIOM Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

**Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy.**

**Pakiet nr 1 – Cewniki dializacyjne**

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11,5 Fr. lub 13,5Fr. z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długości cewnika: 15 cm, 20 cm, 24cm.	<b>60</b>

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1.	Opakowanie cewnika	0-35	Dowolne opakowanie – 0 pkt.  Przeźroczyste, czytelnie opisane opakowanie, posiadające dwa wystające brzegi ułatwiające wyłożenie sprzętu na tacę – 35 pkt.

**Pakiet nr 2 – Akcesoria do terapii nerko zastępczej**

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Worki na filtrat z zaworem spustowym	<b>60</b>
2	Kolec typu Spike długość 72 mm	<b>100 szt.</b>
3	Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu łącznik 2x4	<b>40 szt.</b>
4.	Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy żylny, filtratu, cytrynianu /z końcówką typu Safe Lock / i wapnia /z igłą typu Spike / przyłącz typu SecuNect kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego/ - hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow.dyfuzyjnej 1.8 m kw	<b>60</b>

	- drenu dializatu.	
--	--------------------	--

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 2

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1	Opakowanie filtratu	0-10	Dowolne opakowanie – 0 pkt.  Przeźroczyste worki o pojemności 10 L – 10 pkt.
2.	4	Kolorystyka oznakowania poszczególnych końcówek drenów	0-15	Brak rozróżnienia kolorystyki końcówek drenów - 0 pkt. Zachowanie kolorystyki (różne kolory) końcówek drenów - 15 pkt.
3.	4	Kompatybilność zestawu z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego	0-10	Brak potwierdzenia Producenta dot. kompatybilności (możliwości stosowania) zestawu w aparatach posiadanych przez Zamawiającego – 0 pkt.  Potwierdzona przez Producenta możliwość stosowania zestawu w aparatach użytkowanych przez Zamawiającego - 10 pkt.

**Pakiet nr 3 – Płyty do terapii nerko zastępczej**

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l , - sód 133 mmol/l, - wapń 0 mmol/l, - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l, - fosforany 0 lub 1,25 mmol, - wodorowęglany 20mmol/l. Worek zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza.	<b>1 800</b>
2	4% cytrynian sodu w workach w zewnętrznej folii bez obecności powietrza	<b>600</b>
3.	Dwuwodny chlorek wapnia o składzie Ca++100mmol/L; Cl- 200mmol/L Jednokomorowy worek, przezroczysty, 1500 ml	<b>600</b>

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 3

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1	Forma opakowania dializatu	0-25	Dowolne opakowanie – 0 pkt.  Przeźroczyste, dwukomorowe, sterylne opakowanie o pojemności 5 L – 25 pkt.

2.	2	Forma opakowania cytrynianu	0 - 10	Dowolne opakowanie – 0 pkt.  Przeźroczyste, jednokomorowe , sterylne opakowanie o pojemności 1,5 L – 10 pkt.
----	---	-----------------------------	--------	--

**Pakiet nr 4 - Przyrządy i aparaty jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji.**

LP.	Nazwa / rodzaj art. medycznych anestezjologicznych	Ilość Szt.
1.	Rozdzielacz 5-kranikowy	500
2.	Rozdzielacz 3-kranikowy	500
3.	Igła do znieczuleń podpajęcznych.: różne rozmiary	4000
4.	Filtr do rurki tracheotomijnej - wymiennik ciepła i zimna z zatrząskową klapką do wprowadzenia cewnika do odsysania	1000
5.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G, 18G	60
6.	Łącznik karbowany obrotowy jednorazowy zespolony podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym	400
7.	Prowadnice do trudnych intubacji elastyczna z wygiętym końcem jednorazowego użytku rozmiar 15Ch/70cm	100
8.	Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0-5,0	50
9.	Dren łączący do maski	300
10.	Maski twarzowe dla dorosłych duża i średnia	100
11.	Zestaw do pobierania wydzielin	30
12.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z rdzeniem wykonanym z aluminium jednorazowego użytku różne rozmiary	40
13.	Rurka intubacyjna z mankietem stożkowym o niewielkiej powierzchni przylegania rozmiar od 5,0 do 9,0	1500
14.	Maski krtaniowe jednorazowe różne rozmiary	100
15.	Filtr wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych	4000
16.	Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych	50
17.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandrynz otworem na prowadnicę Seldingera	30
18.	Rurka tracheostomijna z balonem i samoblokująca się mandrynem	300
19.	Rurki intubacyjna zbrojona różne rozmiary	20

20.	Opaski do rurki tracheostomijnej	300
21.	Maska do tlenu z drenem o wysokiej koncentracji tlenu z workiem	200
22.	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym	<b>150</b>
23.	Thermovent T wymiennik ciepła i wilgoci	300
24.	Łącznik T do układów anestetycznych	300
25.	Łącznik schodkowy 4,0 6,0 10,0	800
26.	Dren z trokarem do drenażu opłucnej /pełna rozmiarówka/	20
27.	Zestaw do konikotomii	5
28.	Rurka dooskrzelowa z mankietem niskociśnieniowym	5
29.	Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna z wygiętym końcem wielorazowego użytku	40
30.	Przedłużacz do ramp /10 cm/	2000
31.	Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego niskoprofilową, plastikową częścią zatrząskową	50

**TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 4**

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	16.	Funkcjonalność aparatu	0-15	Brak regulacji przepływu- 0 pkt. Możliwość regulacji przepływu – 15 pkt.
2.	17.	Sposób pakowania zestawu	0-10	Dowolnie pakowany-0 pkt.  Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu- 10 pkt.
3.	7.	Budowa prowadnicy	0-10	Sztwna wielorazowa-0 pkt.  Elastyczna jednorazowa-10 pkt.

**Pakiet nr 5 - Akcesoria jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji.**

LP.	Nazwa / rodzaj art. medycznych anestezjologicznych	Ilość Szt.
1.	Rury karbowane 22mmx50m zwój	20
2.	Łącznik do układów anestetycznych Y22/22/22	200

3.	Obwód oddechowy z workiem dla dorosłych	400
4.	Worek oddechowy 2 l, 3 l	200
5.	Zestaw T do nebulizacji pacjentów z tracheostomią lub zaintubowanych	60
6.	Układ oddechowy z zastawką wydechową ,pojedynczy, jednorazowy, dla dorosłych	50

**TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 5**

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
2.	3.	Sposób pakowania zestawu	0-35	Dowolnie pakowany-0 pkt.  Pakowany pojedynczo w przezroczystej folii - 35 pkt.

Do oferty w ramach przedmiotowych środków dowodowych Wykonawca winien dołączyć **karty techniczne, katalogi z zaznaczoną pozycją w każdym Pakiecie w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w SWZ.**

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium %
I Cena	60
II Warunki techniczne	35
III Termin dostawy	5

**1. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:**

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 \% \times 100 = \text{liczba punktów}$$

**2. Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:**

II kryterium „warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ** do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty (przedmiotowe środki dowodowe) katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

**Ocena ofert w II kryterium „warunki techniczne”:**

- 1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 1** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:  
A) Opakowanie cewnika (0-35pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.1 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ----- x 100 x 35%

**35** - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1 do SWZ

- 2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 2** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:  
A) Opakowanie filtratu (0-10 pkt)  
B) Kolorystyka oznakowania poszczególnych końcówek drenów (0 – 15 pkt)  
C) Kompatybilność zestawu z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego (0 – 10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.2 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B + C

PKT = ----- x 100 x 35%

**35** - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2 do SWZ

- 3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 3** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:  
A) Forma opakowania dializatu (0-25 pkt)  
B) Forma opakowania cytrynianu (0-10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.3 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B

PKT = ----- x 100 x 35%

**35** - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3 do SWZ

- 4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 4** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:  
A) Funkcjonalność aparatu (0 - 15pkt)  
B) Sposób pakowania zestawu (0 - 10 pkt)  
C) Budowa przewodnicy (0 – 10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.4 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B + C

PKT = ----- x 100 x 35%

**35** - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4 do SWZ

- 5) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 5** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:  
A) Sposób pakowania zestawu (0 – 35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.5 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ----- x 100 x 35%

**35** - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.5 do SWZ

### 3. Punkty za III Kryterium wyboru oferty - Termin dostawy - max. 5 %

**Punkty za III kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone według następujących zasad:**

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień ) – 5 pkt.
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień ) – 3 pkt.
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień ) – 1 pkt.

1) Zamawiający wymaga **max 3-dniowego** ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

**Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty..**

Kolbuszowa 12.01.2022r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa  
Zbigniew Strzelczyk

.....  
/ podpis osoby uprawnionej /