

/pieczętka zamawiającego/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych
i klipsów do zabiegów operacyjnych – 5 pakietów.****Pakiet 1 – Szwy chirurgiczne wchłaniane**

Szew syntetyczny ,plecionkowy, wykonany z glikolidu i laktydu powlekany mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczepieniu 140 %, 80% po 14 dniach i 30% po 21dniach ,o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni

Lp	Nr nici	asortyment	Dł. nitki	Ilość saszetek
1	1/0	Okrągła ½ koła 37mm wzmocnioną	90cm	72
2	2	Bez igły na rolce	150cm	480
3	1	Bez igły na rolce	150cm	240
4	1/0	Bez igły na rolce	150cm	960
5	2/0	Bez igły na rolce	150cm	960
6	3/0	Bez igły na rolce	150cm	600
7	4/0	Bez igły na rolce	150cm	168
8	1/0	Okrągła ½ koła 37mm	90cm	540
9	1/0	Okrągła ½ koła37mm cienka jelitowa	75cm	180
10	2/0	Okrągła 1/2koła26mm	75cm	504
11	2/0	Okrągła1/2 koła30mm	75cm	900
12	1/0	Okrągła1/2koła 30mm	75cm	720
13	1	Okrągła1/2 koła 40mm	90cm	900
14	1	Okrągła1/2 koła 48mm	90cm	540
15	2	Okrągła ½ koła 48mm	90cm	900
16	3/0	Okrągła ½ koła 22mm	75	1080
17	3/0	Okrągła podwójna ½ koła 22 mm	90cm	900

18	4/0	Okrągła ½ koła 22mm	75cm	324
19	4/0	Tnąca 3/8 koła 19 mm	75cm	36
20	3/0	Tnąca 3/8 koła 19 mm	75cm	72
21	2/0	Tnąca 3/8 koła 24 mm	75cm	252
22	1/0	Tnąca 3/8 koła 30 mm	90cm	288
23	2/0	Podwójna 1/2 koła odwrotnie tnąca i okrągła 37mm	150 cm	36
24	0	Pętla endoskopowa z aplikatorem	52 cm	24
25	2/0	Okrągła ½ koła 65mm	75 cm	528
26	1	Okrągła ½ koła 65mm	150 cm	240
27	2	Okrągła 1/2 koła 65mm	150 cm	360
28	3-0	5/8 koła 27mm	75 cm	144
29	2-0	5/8 koła 27mm	75 cm	108
30	3/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	72
31	3/0	okrągła, 1/2 koła, 37 mm, cienka	75cm	72
32	1/0	Okrągła 5/8 koła 40mm	75cm	72
33	2/0	Okrągła 5/8 koła 37mm	75 cm	72
		Pozycja 32-37. Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, o podtrzymywaniu tkankowym 60% po 5 dniach, 30% po 10 dniach, o okresie wchłaniania do 56 dni		
34	4/0	Okrągła 1/2 koła 17mm	75	36
35	3/0	Okrągła ½ koła 26mm	75cm	72
36	1/0	Okrągła ½ koła 37mm	75cm	72
37	1	Okrągła ½ koła 40mm	90cm	72
38	2-0	Okrągła ½ koła 27mm	75cm	72
39	1	Okrągła 1/2 koła 48mm	90cm	72
40	4/0	Tnąca 3/8 koła 13mm	45 cm	24
41	1/0	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36
42	1	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu o podtrzymaniu

tkankowym 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia szwu 160-180 dni

43	3/0	Okrągła ½ koła 20mm	75cm	324	
44	2/0	Okrągła ½ koła 26mm	75cm	144	
45	0 pętla	Okrągła ½ koła 40mm	150cm	72	
46	1	Okrągła ½ koła 40mm	90cm	144	
47	1/0	Okrągła 5/8 koła 65 mm	150 cm	24	
48	1/0	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	72	

Szew syntetyczny, wchłaniany, z jednokierunkowymi haczykami na całej długości nici , zbudowany z igły chirurgicznej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim końcu, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, okres wchłaniania 180 dni.

49	3-0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	23cm	72	
50	2-0	Okrągła 1/2 koła 26 mm	45cm	72	
51	3-0	Okrągła ½ koła 26 mm	30cm	72	

Szew syntetyczny, monofilament, wchłaniany; wykonany z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni, czas absorpcji 90- 110 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach 40% pierwotnej wytrzymałości.

52	2/0	Okrągła ½ koła 30mm	75cm	144	
53	1/0	Okrągła ½ koła 40mm	90 cm	144	
54	1	Okrągła ½ koła 40mm	90 cm	72	
55	1/0	Okrągła 5/8 koła 40mm	75 cm	36	
56	1/0	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36	
57	1	Okrągła ½ koła 48mm	90 cm	36	

Szew syntetyczny, pleciony, wchłaniany - wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, okres podtrzymywania węzła 10-14 dni, minimum 45% po 5 dniach od wszczepienia, całkowite wchłonięcie trwa 40-50 dni.

58	5/0	Tnąca 3/8 koła 12mm	75 cm	72	
59	4/0	Tnąca 3/8 koła 12mm	45 cm	72	
60	3/0	Tnąca 3/8 koła 16 mm	75 cm	72	
61	5/0	Tnąca 3/8 koła 11mm	45 cm	72	

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

- 1 **Stabilność igły w imadle**
2. **Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły**
3. **Atraumatyczność połączenia igły z nicią**
4. **Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki**
- 5 **Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.**
6. **Brak pamięci skrętu nici**
- 7 **Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).**

Pakiet 2 - Siatki chirurgiczne

Lp	<u>Nazwa</u>	Ilość sztuk
1	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 6 x 11 cm	35
2	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 15 x 8 cm	25
3	Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzeżenia. Rozmiar: 15 x 10 cm	20
4	Siatka półwchłanialna w kształcie eliptycznym z klapką na powrózek polipropylenowo- polilaktydowa samomocująca się 12x8cm;prawa/lewa	60
5	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 15 x 10 cm	2
6	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 20x15cm	2
7	Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 30x20cm	2

Pakiet nr 3 – Szwy chirurgiczne niewchłaniające

Szew niewchłaniający, jednowłókninowy polibutester powlekany polytribolatem

Lp.	Nr nici	asortyment	Długość nitki	Ilość szaszetek
1	5/0	Okrągła 3/8koła 2x13mm	60cm	72
2	7/0	Okrągła 3/8 koła 2x9mm	60cm	72
3	3/0	Okrągła 1/2 koła 17mm	75cm	72
4	6/0	Okrągła 1/2 koła 2x13mm	60cm	72
5	4/0	Okrągła 1/2 koła 2x17mm	90cm	36

Szew syntetyczny, plecionkowy, niewchłaniający, wykonany z politereftalatu, powlekany silikonem, każde włókno osobno i każda nić razem

6	1	Okrągła 1/2 koła gruba 37mm	75cm	108
7	2	Okrągła 1/2 koła 40mm	75cm	108
8	5	Przyostrzona 1/2 koła 48mm	4x75cm	24
9	1-0	Okrągła 1/2koła 37mm	75cm	144
10	2-0	Okrągła 1/2 koła 30mm	75cm	324

Pozycja 11-17. Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający wykonany z długolańcuchowych polimerów alifatycznych nylon i nylon 6.

Pozycja 18-19. Szew syntetyczny, jednowłókninowy, wykonany polibutestru, z kontrolowanym rozciąganiem, elastyczny, hydrofobowy.

Pozycja 19 -24. Szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej PEG.

11	1/0	Tnąca 3/8koła 30mm	75cm	144
12	2-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	900
13	3-0	Tnąca 3/8 koła 24mm	75cm	1440
14	4-0	Tnąca 3/8 koła 19mm	75cm	540
15	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	100cm	108
16	1	Okrągła 1/2 koła 40mm	100cm	180
17	2-0	Okrągła 1/2 koła 30cm	75 cm	240
18	4-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	45cm	180

19	5-0	Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm	75cm	180
20	1/0	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
21	1	okrągła, 1/2 koła, 40 mm	75cm	144
22	2/0	okrągła, 1/2 koła, 27 mm	75cm	108
23	2/0	okrągła, 1/2 koła, 30 mm	75cm	144
24	3/0	okrągła, 1/2 koła, 17 mm	75cm	144

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1. **Stabilność igły w imadle**
2. **Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły**
3. **Atraumatyczność połączenia igły z nicią**
4. **Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki**
5. **Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.**
6. **Brak pamięci skrętu nici**
7. **Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).**

Pakiet 4 – Taśma poliestrowa

Taśma poliestrowa , niewchłaniałne nici splecione w taśmę o szerokości 5mm

lp	nazwa	Ilość saszetek
1	Taśma szerokość 5mm, długość 30cm, 2 igły okrągłe 48mm, 1/2 koła	36

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1. **Stabilność igły w imadle**
2. **Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły**
3. **Atraumatyczność połączenia igły z nicią**
4. **Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki**
5. **Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.**
6. **Brak pamięci skrętu nici**
7. **Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).**

Pakiet 5 - Klipsy do zabiegów operacyjnych laparoskopowych

Klipsy polimerowe niewchłaniałne w zasobnikach 4szt z taśmą samoprzylepną posiadające dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach

Klipsy tytanowe do klipsownicy posiadanej przez Zamawiającego (Beryl 114527)

żłobkowane wewnątrznie; przekrój poprzeczny sercowaty ,kształt podkowy ,pakowane w sterylnych zasobnikach po 6szt z taśmą samoprzylepną

1.	Klipsy polimerowe rozmiar L	1000 szt.	
2.	Klipsy polimerowe rozmiar XL	1000 szt.	
3.	Klipsy tytanowe rozmiar ML	1000 szt.	
4.	Staplerzy skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,00 mm, wysokość 4,00 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplerzy zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,40 mm, wysokość 3,60 mm, średnica drutu 0,5 mm).	200 szt.	

Dodatkowe wymagania:

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we wszystkich Pakietach, wykazanych w załączniku **nr 2** do SIWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia nieodpłatnych próbek każdej pozycji asortymentu w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym).

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- świadcstwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.
- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji

Warunków Zamówienia.

- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż **36 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
Cena	100

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

_____ X 100 = liczba punktów

cena oferty badanej

Zamawiający wymaga **max 5-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Kolbuszowa 26.03.2022r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/podpis osoby uprawnionej/