

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku (implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów urologicznych) używanych na salach operacyjnych w 2 pakietach:

Pakiet 1 - Narzędzia do zabiegów urologicznych przezcewkowych

1	,Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa,	op	10
2	.Łyżeczka, okrągła, ostra, 24/26 Fr.,	op	4
3	Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 3 mm, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa,	op	8
4	Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 5 mm, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa,	op	10
5	.Elektroda koagulacyjna monopolarna, pointed, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa,	op	3
6	Sonda do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1 mm, do zast. z CALCUSPLIT i ureterorenoskopami	Szt.	3
7	Pętla tnąca bipolarna, zagięta, 24/26 Fr., jednorazowa,	op	2
8	Elektroda koagulacyjna bipolarna, typu kulkowego, 24/26 Fr., jednorazowa,	op	1
9	Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe	op	3
10	Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 27/28 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, .	op.	4
11	Ureterorenoskop 9,5 Fr., dł. 43 cm, kanał inst. 6 Fr., okular skośny, autoklawowalny, - zestaw bez kosza	Szt.	2
12	Port instrumentowy, 1 kanał, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem	Szt.	1
13	Uszczelka kanału instrumentowego,	op	1
14	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny	Szt.	2
15	Element pracujący resektoskopu, bipolarny aktywny zestaw z przewodem HF UH801 do AUTOCON III 400	Szt.	2
16	Płaszcz resektoskopu (27050SC, 27050CA), 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, z szybkozłączem,	Szt.	2
17	Płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zast.	Szt.	2

	Płaszczem 27050SC, 26 Fr.		
18	Przewód w.cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do VIO 300D	Szt.	2
19	Przewód w. cz., bipolarny, dł. 3 m, do zast. z diatermią chirurgiczną typu VIO 300D	Szt.	1
20	Wkład roboczy cystoskopu laserowego, kanał dla sond do 7 Fr., do zast. z płaszczem resektoskopu	Szt.	1
21	Optyka 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna	Szt.	2
22	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm	Szt.	2
23	Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome	Szt.	4
24	Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome	Szt.	1
25	Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm	Szt.	2
26	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm	Szt.	1
27	Dren silikonowy łączący uchwyt litotryptora CALCUSPLIT z konsolą, dł. 200 cm, autoklawowalny	Szt.	1
28	Nóż, do uretrotomu typu OTTIS	Szt.	1
29	Łącznik cystoskop-optyka	Szt.	2
30	Sonda ultradźwiękowa bez koronki, śr. 1,5 mm, do zast. z URS 27002L	Szt.	2
31	Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7Fr., dł. 40 cm	szt	2
32	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr., dł. 40 cm	szt	2
33	Uretrotom typu OTTIS rozszerzany równolegle	szt	1
34	Sonda ultradźwiękowa z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, dł. 40 cm	szt	4
35	Przewód łączący przetwornik z generatorem	szt	1
36	Strzykawka pęcherzowa typu REINERALEXANDER 150ml	szt	2
37	Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna	szt	1
38	Płaszcz cystoskopowy 20 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem	szt	1
39	Płaszcz cystoskopowy 22 Fr., z dwoma przyłączami LUER-Lock, z obturatorem	szt	1
40	Sonda do litotrypsji pneumatycznej, śr. 2 mm, dł. 331 mm, do zast. Z CALCUSPLIT	szt	4
41	Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 1,2 mm, opak. 10 szt.	szt	2
42	Element pracujący bipolarny resektoskopu, bierny	szt	1
43	Kleszcze biopsyjne, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome	szt	2

UWAGA:

W/w narzędzia winne być kompatybilne z instrumentarium firmy Karl Storz będącym na wyposażeniu jednostki Zamawiającego

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie I

Lp.	Pozycja asortymentowa	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	11	A - Średnica kanału instrumentowego	0-10	>6 Fr – 0 pkt. ≤ 6 Fr - 10 pkt.
2.	22	B - Oznaczenie średnicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki	0-10	Brak widocznego DataMatrix na optyce z nr kat i SN – 0 pkt. Oznaczenie DataMatrix na optyce z nr kat i SN - 10 pkt.
3.	29	C - Ilość kanałów instrumentowych w łączniku	0-10	1 zamykany kanał instrumentowy w łączniku – 0 pkt. 2 kanały instrumentowe w łączniku – 10 pkt.
4.	1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10;	Sterylność produktu	0-10	Brak sterylności – 0 pkt. Sterylność produktu – 10 pkt.

Pakiet 2 - Implanty ortopedyczne

1. Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu-wolnego od niklu, oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąc się kolorem anodyzacji) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio-przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześć lub ośmiootworowa. Sześć lub osiem śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w długościach co najmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. Materiał śruby tożsamy z materiałem płyty. Płyta dostępna w wersji do jednoczasowej rekonstrukcji ACL z jedną śrubą wieloosiową blokową pod kątem +/- 12.5 stopnia (kąt 25 stopni) w wersji bez lub z otworem pod endobutton (12x4 mm). System umożliwia zastosowanie śruby korowej w rozmiarach od 30 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm.

1	Płyta HTO 1 (prawa, lewa)	szt	10
	Śruba 4.5 mm	szt	60
2	Płyta HTO 2 (prawa, lewa)	szt	10
3	Śruba 4.5 mm	szt	80

<p>2. Płyta do osteotomii zamykającej bliższej kości piszczelowej, anatomiczna, asymetryczna, z materiału wolnego od niklu: boczna (prawa,lewa) cztero lub ośmiootworowa i przyśrodkowa (prawa,lewa), cztero lub siedmiootworowa. Konstrukcja płyt zapewnia maksymalną zgodność między płytką a kością. Podłużny otwór do kompresji w celu optymalizacji zamknięcia osteotomii. Implanty i śruby wykonane ze stopu tytanu TA6V dla optymalizacji mechanicznej. Śruby samogwintujące o średnicy 4.5 mm dostępne w długościach co najmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. System umożliwia zastosowanie śruby korowej w rozmiarach od 30 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm. W przypadku osteotomii zamykającej kości piszczelowej dedykowany jest slot (precyzyjny przyrząd w instrumentarium do wycinania klinów osteotomijnych w celu uzyskania dokładnego kąta korekcji w zakresie 5-15 mm).</p>							
1	Płyta HTO 1 waryzująca (prawa, lewa)	szt	5				
	Śruba 4.5 mm	szt	20				
2	Płyta HTO 2 waryzująca (prawa, lewa)	szt	5				
	Śruba 4.5 mm	szt	35				

<p>3. Płyta do osteotomii uda dziewięciootworowa przyśrodkowa zamykająca lub boczna otwierająca. Płyta anatomiczna, asymetryczna (wolnego od niklu), oddzielnie dedykowana dla kości udowej lewej i kości prawej (różniące się kolorem anodyzacji). W wersji do osteotomii otwierającej uda występują dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji, 8 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni. W wersji do osteotomii zamykającej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji, 1 otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca w zakresie 25 stopni. Śruby samogwintujące o średnicy 4.5 mm dostępne w długościach co najmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. System umożliwia zastosowanie śruby korowej w rozmiarach od 30 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm. W przypadku osteotomii zamykającej kości piszczelowej dedykowany jest slot (precyzyjny przyrząd w instrumentarium do wycinania klinów osteotomijnych w celu uzyskania dokładnego kąta korekcji w zakresie 5-15 mm).</p>							
1	Płyta DFO przyśrodkowa zamykająca (prawa, lewa)	szt	20				
	Śruba 4.5 mm	szt	180				

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie II

Lp.	Nr pozycji asortymentu	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1-3	Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/ <u>Uwaga:</u> Nie dotyczy pozycji w Pakiecie, gdzie wskazany jest konkretny materiał.	0-40	Stop metali nierdzewnych– 0 pkt. Tytan - 40 pkt.

Dodatkowe wymagania:

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu we wszystkich Pakietach, których autentyczność potwierdza Wykonawca.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- b) wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- c) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

- 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.
- 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach winien wynosić nie mniej niż **9 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
- 15) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia nieodpłatnych próbek każdej pozycji asortymentu we wszystkich Pakietach, w terminie przez siebie wskazanym w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych oferowanego asortymentu** z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym)

Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Warunki techniczne	40

3. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 = \text{liczba punktów}$$

4. Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

4.1 II kryterium „warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ** do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

4.2 Ocena ofert w II kryterium „warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Średnica kanału instrumentowego – 10 pkt.
- b) Oznaczenie średnicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 10 pkt.
- c) Ilość kanałów instrumentowych w łączniku - 10 pkt.
- d) Sterylność produktu – 10 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.1 do SWZ -zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B + C + D

PKT = ----- x 100 x 40%

40 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał.nr 9.1 do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytką / śruba/ - 40 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.2 do SWZ -zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A

PKT = ----- x 100 x 40%

40 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2 do SWZ

3) Szczegółowy wykaz sposobu przyznawania punktów w tym kryterium zawiera Tabela oceny warunków technicznych do poszczególnych pakietów w **zał. 2** –/uszczerbowienie przedmiotu zamówienia/

4) Zamawiający przeprowadzi analizę warunków technicznych w Pakietach 1 – 2 na podstawie parametrów technicznych asortymentu, potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi lub nieodpłatnych próbek .

Łączna ilość punktów / za kryterium I, II / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa 20.11.2023r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....

/podpis osoby uprawnionej /