

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i akcesoriów jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji – 7 pakietów** na potrzeby OIOM Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy.

Pakiet nr 1 – Cewniki dializacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11,5 Fr. lub 13,5Fr. z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długości cewnika: 15 cm, 20 cm, 24cm.	40

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1.	Opakowanie cewnika	0-35	Dowolne opakowanie – 0 pkt. Przeźroczyste, czytelnie opisane opakowanie, posiadające dwa wystające brzegi ułatwiające wyłożenie sprzętu na tacę – 35 pkt.

Pakiet nr 2 – Akcesoria do terapii nerko zastępczej

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Worki na filtrat z zaworem spustowym	50
2	Kolec typu Spike długość 72 mm	100
3	Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu łącznik 2x4	20
4.	Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy żylny, filtratu, cytrynianu /z końcówką typu Safe Lock / i wapnia /z igłą typu Spike / przyłącz typu SecuNect kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego/ - hemofiltera z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow.dyfuzyjnej 1.8 m kw - drenu dializatu.	50

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 2

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1	Opakowanie filtratu	0-10	Dowolne opakowanie – 0 pkt. Przeźroczyste worki o pojemności 10 L – 10 pkt.
2.	4	Kolorystyka oznakowania poszczególnych końcówek drenów	0-15	Brak rozróżnienia kolorystyki końcówek drenów - 0 pkt. Zachowanie kolorystyki (różne kolory) końcówek drenów - 15 pkt.
3.	4	Kompatybilność zestawu z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego	0-10	Brak potwierdzenia Producenta dot. kompatybilności (możliwości stosowania) zestawu w aparatach posiadanych przez Zamawiającego – 0 pkt. Potwierdzona przez Producenta możliwość stosowania zestawu w aparatach użytkowanych przez Zamawiającego - 10 pkt.

Pakiet nr 3 – Płyty do terapii nerko zastępczej

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość /szt./
1	Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l , - sód 133 mmol/l, - wapń 0 mmol/l, - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l, - fosforany 0 lub 1,25 mmol, - wodorowęglany 20mmol/l. Worek zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza.	1 200
2	4% cytrynian sodu w workach w zewnętrznej folii bez obecności powietrza	300
3.	Dwuwodny chlorek wapnia o składzie Ca++100mmol/L; Cl- 200mmol/L Jednokomorowy worek, przezroczysty, 1500 ml	150

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 3

Lp.	Dotyczy pozycji nr:	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1	Forma opakowania dializatu	0-25	Dowolne opakowanie – 0 pkt. Przeźroczyste, dwukomorowe, sterylne opakowanie o pojemności 5 L – 25 pkt.
2.	2	Forma opakowania cytrynianu	0 - 10	Dowolne opakowanie – 0 pkt. Przeźroczyste, jednokomorowe , sterylne opakowanie o pojemności 1,5 L – 10 pkt.

Pakiet nr 4 - Przyrządy i aparaty jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji.

LP.	Nazwa / rodzaj art. medycznych anestezjologicznych	Ilość Szt.
1.	Rozdzielacz 5-kranikowy	200
2.	Rozdzielacz 3-kranikowy	300
3.	Filtr do rurki tracheotomijnej - wymiennik ciepła i zimna z zatrząskową klapką do wprowadzenia cewnika do odsysania	600
4.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G, 18G	40
5.	Prowadnice do trudnych intubacji elastyczna z wygiętym końcem jednorazowego użytku rozmiar 15Ch/70cm	50
6.	Rurka intubacyjna bez mankieta 2,0-5,0	20
7.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z rdzeniem wykonanym z aluminium jednorazowego użytku różne rozmiary	40
8.	Rurka intubacyjna z mankiem stożkowym o niewielkiej powierzchni przylegania rozmiar od 5,0 do 9,0	500
9.	Filtr wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych	1 500
10.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankiem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera	30
11.	Rurka tracheostomijna z balonem i samoblokująca się mandrynem	100
12.	Rurki intubacyjne zbrojone różne rozmiary	20
13.	Opaski do rurki tracheostomijnej	200
14.	Rurki tracheostomijne z mankiem niskociśnieniowym	100
15.	Łącznik schodkowy 4,0 6,0 10,0	400
16.	Dren z trokarem do drenażu opłucnej /pełna rozmiarówka/	20
17.	Przedłużacz do ramp /10 cm/	1000
18.	Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego niskoprofilową, plastikową częścią zatrząskową	50

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 4

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	10.	Sposób pakowania zestawu	0-15	Dowolnie pakowany-0 pkt. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu- 15 pkt.
2.	5.	Budowa przewodnicy	0-20	Sztyna wielorazowa-0 pkt. Elastyczna jednorazowa - 20 pkt.

Pakiet nr 5 - Akcesoria jednorazowego użytku do anestezji i resuscytacji.

Lp.	Opis produktu	Ilość
1	Linia próbkująca Co2, długość 3m, średnica wew. 1,8mm, zew. 3,0mm, złącze M/M. Pakowana pojedynczo w folię	50
2	Łącznik martwa przestrzeń, rozciągliwy, długość 15cm, port do odsysania z zatyczką, zamykany port do bronchoskopii, przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym zgiętym pod kątem 90 stopni, złącze 15F/22M-22F. Sterylny, op. Folia/papier	100
3	Łącznik martwa przestrzeń, prosty, karbowany, długość 15cm, złącze 15F/22M-22F. Sterylny, op. Folia/papier	100
4	Jednorazowy obwód oddechowy, rozciągliwy, długość 2m, trójkąt Y z portami i kolanko z portem wykonane są z przezroczystego tworzywa - umożliwiającego łatwą obserwację przepływu powietrza. Sterylny, op. Papier/folia	50
5	Jednorazowy obwód oddechowy, długość 1,8m, rozciągliwy, trójkąt Y z portami i kolanko z portem wykonane są z przezroczystego tworzywa - umożliwiającego łatwą obserwację przepływu powietrza. Dodatkowa gałąź 120cm, worek 2l. Sterylny, op. Papier/folia	50
6	Dren tlenowy, długość 2,1m, 6 pasków wzmacniających wewnętrznie dren. Sterylny, op. Foliowe	200
7	Igła do portu Hubera, zestaw przedłużający składa się z igły Hubera 90 ° połączonej z linią przedłużającą wykonaną z PVC bez zawartości DEHP, o długości 15 cm zakończoną złączem typu luer lock, dostępne warianty modelu z portem do iniekcji (Y) oraz bez portu, zacisk do przerw w infuzji. Rozmiary 19G - długość 20mm, 25mm; 20G - długość 15mm, 20mm, 25mm; 22G - długość 20mm, 25mm, 35mm. Opakowanie papier folia	5

8	Filtr oddechowy dla dorosłych, elektrostatyczny, skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%, przestrzeń martwa: 35ml, waga: 22g, objętość oddechowa: 150-1500ml, oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, sterylny, op. folia/papier	1000
9	Rurka dooskrzelowa lewo- i prawostronna, wykonana z PCV, skalowana co 2cm, linia RTG na całej długości, posiadająca 2 mankiety wykonane z PCV, znacznik głębokości na zakończeniu rurki oraz nad mankietem oskrzelowym, w zestawie prowadnica wykonana z aluminium pokrytym PCV, 2 cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania (skalowane co 1cm), obrotowe złącze typu Y. Rozmiary 28, 32, 35, 37, 39, 41Fr. Lewo lub prawostronna - do wyboru przez Zamawiającego. Pozbawiona silikonu. Sterylna, op. papier/folia	4
10	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, pakowany folia-papier w formie półksiężyca zachowującego kształt, rozmiary 6,0 – 9,0 (rozmiary co pół)	20
11	Jednorazowy, sterylny laryngoskop LED, typ Macintosh, składający się z łyżki wykonanej z ABS i plastikowego uchwytu, pakowany łącznie papier/folia, rozmiary 2 - 4	20

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 5

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	2.	Funkcjonalność portu do odsysania	0-15	Brak samouszczelnienia-0 pkt. Samouszczelniający się port do odsysania - 15 pkt.
2.	5; 7; 9	Zawartość lateksu w produkcie	0 - 10	Produkt zawierający lateks – 0 pkt. Produkt bezlateksowy - 10 pkt.
3.	11	Sposób zasilania urządzenia	0 - 10	Urządzenie zasilane bateryjnie – 0 pkt. Urządzenie nie wymagające zasilania baterijnego – 10 pkt.

Pakiet nr 6- Zestaw do żywienia pozajelitowego.

Opis produktu:

Zestawy żywieniowe

- z filtrem od 1,2 mm do max., 1,4mm
- zapewnia dodatkową ochronę przed bakteriami (filtr antybakteryjny)
- posiada zacisk bezpieczeństwa chroniący przed swobodnym przepływem
- przybliżona długość zestawu min. 285 cm
- przybliżona objętość napełniająca się max 2600ml
- zawiera zatyczkę zatrzymującą przepływ
- przezroczysta komora kroplowa

LP.	Nazwa / rodzaj art. medycznych	Ilość (kpt.)
1.	Przyrząd do pomp objętościowych do żywienia pozajelitowego	1 500

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 6

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1.	Skład zestawu	0-35	Zawiera lateks- 0 pkt. Nie zawiera lateksu-35 pkt.

Pakiet nr 7 - Jednoczęściowy system stomijny.

Worek stomijny z częścią przyklepną/możliwość przyklejenia/umożliwiająca wycięcie odpowiedniego otworu do stomii.

LP.	Nazwa / rodzaj art. medycznych	Ilość (kpt.)
1.	Worki stomijne	400

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 7

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	1.	Rodzaj zapinki	0-35	Zapinka plastikowa- 0 pkt. Zapinka na rzep- 35 pkt.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dot. wszystkich Pakietów:

Do oferty w ramach przedmiotowych środków dowodowych Wykonawca winien dołączyć **karty techniczne, katalogi z zaznaczoną pozycją w każdym Pakiecie w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w SWZ.**

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- a) deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- b) wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- c) świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- 1) Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- 2) W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- 3) Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.
- 4) W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- 6) W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- 7) Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia wynoszący co najmniej 2/3 całkowitego okresu przydatności do użycia określonego przez producenta towaru (**lecz nie mniej niż 8 miesięcy**) na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek

ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.

- 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
- 15) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia nieodpłatnych próbek każdej pozycji asortymentu we wszystkich Pakietach, w terminie przez siebie wskazanym w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych oferowanego asortymentu** z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym)

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium %
I Cena	60
II Warunki techniczne	35
III Termin dostawy	5

1. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

cena oferty badanej $\times 60 \% \times 100 =$ liczba punktów

2. Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium „warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty (przedmiotowe środki dowodowe) katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium „warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1

Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

A) Opakowanie cewnika (0-35pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.1 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ----- $\times 100 \times 35\%$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1 do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2

Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

A) Opakowanie filtratu (0-10 pkt)

B) Kolorystyka oznakowania poszczególnych końcówek drenów (0 – 15 pkt)

C) Kompatybilność zestawu z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego (0 – 10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.2 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B + C

PKT = ----- $\times 100 \times 35\%$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2 do SWZ

- 3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 3** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Forma opakowania dializatu (0-25 pkt)
 - B) Forma opakowania cytrynianu (0-10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.3 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A + B}}{\text{-----}} \times 100 \times 35\%$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3 do SWZ

- 4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 4** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Sposób pakowania zestawu (0 - 10 pkt)
 - B) Budowa przewodnicy (0 – 10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.4 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A + B}}{\text{-----}} \times 100 \times 35\%$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4 do SWZ

- 5) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 5** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Funkcjonalność portu do odsysania (0 – 15 pkt)
 - B) Zawartość lateksu w produkcie (0 – 10 pkt)
 - C) Sposób zasilania urządzenia (0 – 10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.5 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A + B + C}}{\text{-----}} \times 100 \times 35\%$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.5 do SWZ

- 6) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 6** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Skład zestawu (0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.6 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A}}{\text{-----}} \times 100 \times 35\%$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.6 do SWZ

- 7) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 7** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
A) Rodzaj zapinki (0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.7 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.7 do SWZ

3. Punkty za III Kryterium wyboru oferty - Termin dostawy - max. 5 pkt.

Punkty za III kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (1 dzień) – 5 pkt.
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (2 dzień) – 3 pkt.
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (3 dzień) – 1 pkt.

1) Zamawiający wymaga **max 3-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa 12.01.2022r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/ podpis osoby uprawnionej /