

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do hemodializy / linie krwi / do pomieszczeń magazynowych od. Dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej ul. Kolejowa 3.

- linie krwi w ilości 10 000 zestawów.

Parametry , dane techniczne i osprzęt jaki winien składać się na w/w zadanie:

Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu posiadanych przez Zamawiającego bez ftalanów (Fresenius):

Zestaw pakowany w opakowanie jednostkowe typu blister-pack, na którym ma być umieszczony nr serii, data ważności oraz średnice komory.

Napisy na opakowaniu w języku polskim, odklejana nalepka identyfikacyjna, sterylizacja Beta /wiązką elektronów/ wolne od ftalanów.

Opis przewodów:

a) Przewód tętniczy:

- komora tętnicza o średnicy \varnothing 30mm z układem zawirowującym , długość komory 65mm
- kolorystyka łącznika do dializatora oraz łącznika do igły
- dren pompy krwi \varnothing 8 x 12mm
- dren do podawania heparyny
- czujnik pomiaru ciśnienia tętniczego z filtrem
- wszystkie końcówki drenów zabezpieczone zaciskaczami ,
- port z membraną do podawania leków przed pompą krwi , z drenem i zaciskaczem
- igła typu Spike dokręcona do linii tętniczej

b) Przewód żylny :

- komora żylna o średnicy \varnothing 22mm z filtrem krwi i układem zawirowującym , długość komory 120mm
- w komorze umiejscowiony 1 port do podawania leków i płynów oraz 1 port odpowietrzający
- komora kontrolno-zabezpieczająca z filtrem 0,2 μ m (czujnik pomiaru ciśnienia żylnego)
- kolorystyka łącznika do dializatora oraz łącznika do igły
- port z membraną do podawania leków za dializatorem
- wszystkie końcówki drenów zabezpieczone zaciskaczami,
- łącznik tętniczo-żylny do obiegu zamkniętego dokręcony do linii żylniej
- worek do płukania

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Kompatybilność złączy/ portów/ końcówek z aparatami Fresenius	0-10	Brak zgodności /kompatybilności/ – 0 pkt. Pełna zgodność /kompatybilność/ – 10 pkt.
2.	Mechanizm zaciskania końcówki drenów	0-5	Dowolny zacisk – 0 pkt. Mechanizm zatraskowy – 5 pkt.
3.	Długość przewodów żylnych /drenów/	0-5	Całkowita długość drenu żylnego < 275 cm – 0 pkt. Całkowita długość drenu żylnego \geq 275 cm – 5 pkt

Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
4.	Długość przewodów tętnicznych /drenów/	0-5	Całkowita długość drenu tętnicznego < 370 cm – 0 pkt. Całkowita długość drenu tętnicznego ≥ 370 cm – 5 pkt.
5.	Kolorystyka łącznika dializatora i łącznika igły <u>po zdjęciu korka</u>	0-10	Brak zgodności kolorów – 0 pkt. Utrzymanie kolorystyki łącznika dializatora i łącznika igły po zdjęciu korka – 10 pkt. Kolorystyka przewodu tętnicznego – <u>kolor czerwony</u>. Kolorystyka przewodu żylnego – <u>kolor niebieski</u>.

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu, wykazanych w załączniku **nr 2** do SWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- świadcstwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. do piel. Oddziałowej Od. Dializoterapii./ 17 2271233 /
- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SIWZ.
- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SIWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu winien wynosić nie mniej niż **6 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .

- 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego od. dializoterapii, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
- 15) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Warunki Jakościowe	35
III Termin dostawy	5

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 = \text{liczba punktów}$$

Punkty za II kryterium „warunki jakościowe” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium „warunki jakościowe” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ** do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków jakościowe asortymentu** z dołączonych do oferty na wezwanie katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium „warunki jakościowe”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków jakościowych asortymentu Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Kompatybilność złączek/ portów/ końcówek z aparatami Fresenius, (0 – 10 pkt.)
- b) Mechanizm zaciskania końcówki drenów, (0 – 5 pkt.)
- c) Długość przewodów żylnych /drenów/ (0 – 5 pkt.)
- d) Długość przewodów tętnicznych /drenów/ (0 – 5 pkt.)
- e) Kolorystykę łącznika dializatora i łącznika igły po zdjęciu korka. (0 – 10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9. do SWZ -zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A+B+C+D+E

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9 do SWZ

Punkty za III kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (1 dzień) – 5 pkt.
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (2 dzień) – 4 pkt.
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (3 dzień) – 3 pkt.
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (4 dzień) – 2 pkt.
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (5 dzień) – 0 pkt.

- 1) Zamawiający wymaga **max 5-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
- 2) W przypadku braku wpisania lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa 26.03.2024r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/ podpis osoby uprawnionej /