



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl



Departament Oceny Inwestycji



Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-04-05

Pismo: NZ/18/D/P/L/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa fabrycznie nowego (z przebiegiem technicznym) ambulansu o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego finansowanego w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZMR) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych."** – znak sprawy **NZ/18/D/P/L/2024**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy - Urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

- " Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji ambulansu metodą zamgławiania przeznaczone do zabudowy w ambulansie w części technicznej wyposażone w wąż, dyszę i przejściówkę przez ścianę
- " Możliwość dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym - potwierdzone przez producenta
- " Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
- " Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenu wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenu wodoru + kwas askorbinowy
- " Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach
- " Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia

- " Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek
- " Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%
- " Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM
- " Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
- " Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
- " Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB
- " Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota
- " Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17272, potwierdzone działanie wobec: bakterii, wirusów, grzybów, spor
- " Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
- " Wymiary 203 mm x 225 mm x 261 mm
- " Waga 5,9kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2 - dotyczy - Urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji zarówno powietrza jak i powierzchni znajdujących się w ambulansie oraz dezynsekcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 3 - dotyczy - Urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 (jedyną normą dotyczącą skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną) o min. skuteczności redukcji 4log?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4 - dotyczy - Urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożliwiające montaż w pojeździe. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA