

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Sukcesywna dostawa wyrobów do hemodializy (dializatory) w 4 pakietach do Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej w okresie 12 miesięcy.

Pakiet 1 – Dializatory nisko przepływowe

1,4-1,5 m2- 500 szt.
1,6-1,7 m2- 500 szt.
1,8- 1,9 m2- 5 000 szt.
2,0- 2,1 m2-2 000 szt.
2,2- 2,4 m2- 1 000 szt.

Dializator powinien charakteryzować się :

- wysokim stopniem oczyszczania dla małych i średnich cząsteczek
- efektywną ultrafiltracją
- nie powinien powodować istotnej utraty ważnych życiowo związków spowodowanych ich przechodzeniem przez błonę półprzepuszczalną
- pozostawieniem po hemodializie minimalnej ilości krwi , którą można łatwo wypłukać
- biogodnością
- rodzaj błony – syntetyczna
- jednorazowego użytku

-instrukcja przygotowania wypełnienia do zabiegu HD

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 1

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.		Metoda sterylizacji dializatora	0-15	Dowolny sposób sterylizacji – 0 pkt. Sterylizacja parą wodną , promieniami Gamma – 15 pkt.
2.		Zatyczki na portach dializatu i portach krwi	0-20	Brak zatyczek – 0 pkt. Posiadanie zatyczek – 20

				pkt.
--	--	--	--	------

Pakiet 2- Dializatory wysokoprzepływowe kapilarne

Dializator wysokoprzepływowy kapilarny o powierzchniach czynnych:

1,8-1,9 m²- 500 szt.

2,0- 2,1 m²- 1000 szt.

2,2-2,4 m²- 500 szt.

Dializator powinien charakteryzować się:

- wysokim stopniem oczyszczania dla małych i średnich cząsteczek
- efektywną ultrafiltracją
- nie powinien powodować istotnej utraty ważnych życiowo związków spowodowanych ich przechodzeniem przez błonę półprzepuszczalną
- pozostawieniem po hemodializie minimalnej ilości krwi , którą można łatwo wypłukać
- biogodnością
- rodzaj błony – syntetyczna
- jednorazowego użytku
- instrukcja przygotowania wypełnienia do zabiegu HD

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 2

Lp.	Pozycja	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.		Metoda sterylizacji dializatora	0-15	Dowolny sposób sterylizacji – 0 pkt. Sterylizacja parą wodną, promieniami gamma – 15 pkt.

2.	Zatyczki na portach dializatu i portach krwi	0-20	Brak zatyczek – 0 pkt. Posiadanie zatyczek – 20 pkt.
----	--	------	---

Pakiet 3 – Igły do hemodializy

1) Igła do hemodializy tętnicza z oczkiem – 11 000 szt.

rozmiar – średnica zewnętrzna igły 15G, 16G, 17G

powinna charakteryzować się :

- z wysokiej jakości stali , silikonowana
- posiadająca ostre ścięcie
- skrzydełko obrotowe w kolorach odpowiadających rozmiarowi igły
- długość igły 20 - 25mm zakończonej drenem silikonowanym , zamkniętej koreczkiem
- na drenie zacisk typu Clamp.

2) Igła do hemodializy żylna bez oczka – 11 000 szt.

średnica zewnętrzna igły 15G, 16G, 17G

powinna być:

- z wysokiej jakości stali , silikonowana
- posiadająca ostre ścięcie
- skrzydełko obrotowe w kolorach odpowiadających rozmiarowi igły
- długość igły 20 - 25mm zakończonej drenem silikonowanym zamkniętej koreczkiem
- na drenie zacisk typu Clamp.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 3

Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Oznakowanie kolorystyczne zacisków (skrzydełek) na igle tętnicznej i żyłnej	0-20	Białe (brak koloru rozgraniczenia zacisku) – 0 pkt. Kolorowe oznaczenie poszczególnych zacisków – 20 pkt.
2.	Długość drenu w igle	0-15	>150 mm - 0 pkt. ≤ 150 mm - 15 pkt.

Pakiet 4 – Filtry płynu dializacyjnego

Filtr płynu dializacyjnego – 100 szt.

Opis produktu:

Filtr płynu dializacyjnego, usuwający z płynu do dializ mikrobiologiczne zanieczyszczenie,

- nadający się do automatycznego włączenia we wszystkie programy czyszcząco-

dezynfekujące aparatu do HD

- nadający się do połączenia z systemem hydraulicznym aparatu

- opakowanie jednostkowe foliowe + karton papierowy

- na opakowaniu; Data ważności, seria, data produkcji, dopuszczalny zakres temperatury składowania

Dane techniczne:

- współczynnik filtracji - >300 m/h x mmHg

- max ciśnienie filtracyjne 2 bary

- powierzchnia filtracyjna 2,2 m²

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 4

Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Możliwość stosowania w aparatach posiadanych przez Zamawiającego (Fresenius)	0-15	Brak potwierdzenia możliwości stosowania w urządzeniach Fresenius – 0 pkt. Potwierdzona dokumentem (opinią) wystawionym przez Producenta aparatów HD posiadanych przez Zamawiającego, potwierdzającym możliwość stosowania filtra w tych aparatach – 15 pkt.
2.	Czas użytkowania filtra	0-10	<12 tygodni lub 100 zabiegów HD - 0 pkt. ≥ 12 tygodni lub 100 zabiegów HD - 10 pkt.
3.	Rodzaj zastosowanej błony filtracyjnej	0-10	Dowolny rodzaj – 0 pkt. Polisulfonowa – 10 pkt.

Termin obowiązywania umowy - 12 miesiące.

Dodatkowe wymagania:

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- świadcstwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271222 wew. 365/ – Oddział Dializoterapii
- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i

- odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 8) Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach nie mniej niż 12 miesięcy. *(Jeśli okres ten jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia z Zamawiającym)*
 - 9) W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 - 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
 - 11) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .
 - 12) Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego oddziału dializoterapii, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
 - 13) Napisy na opakowaniu w języku polskim.
 - 14) Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
 - 15) Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów (karta techniczna, katalog z zaznaczoną pozycją) w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w SWZ.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Warunki techniczne	35
III Termin dostawy	5

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60 = \text{liczba punktów}$$

Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium „warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ** do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty na wezwanie katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium „warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 1**

Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Metoda sterylizacji dializatora – od 0 – 15 pkt.
- b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 – 20 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.1 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1 do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 2** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Metoda sterylizacji dializatora – od 0 – 15 pkt.
- b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 – 20 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.2 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2 do SWZ

3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 3**

Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Oznakowanie kolorystyczne zacisków (skrzydełek) na igle tętnicznej i żyłnej – od 0 - 20 pkt.
- b) Długość drenu w igle – od 0 - 15 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.3 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3 do SWZ

4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 4**

Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Możliwość stosowania w aparatach posiadanych przez Zamawiającego (Fresenius) – od 0 – 15 pkt.
- b) Czas użytkowania filtra – od 0 – 10 pkt.
- c) Rodzaj zastosowanej błony filtracyjnej – od 0 – 10 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.4 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B + C

PKT = ----- x 100 x 35%

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4 do SWZ

Punkty za III kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (1 dzień) – 5 pkt.
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (2 dzień) – 3 pkt.
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (3 dzień) – 1 pkt.

- 1) Zamawiający wymaga **max 3-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
- 2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa 12.09.2024r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....
/podpis osoby uprawnionej/