

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **„Zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych – 2 pakiety”**

I. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż , dostawę, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń medycznych fabrycznie nowych, nie demonstracyjnych lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanych wcześniej do Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej (Blok Operacyjny), spełniających wymagania określone w SWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### **Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 1 kpt.**

Aparat do znieczulenia składa się z jednostki podstawowej na wózku oraz aparatów zawieszonych na kolumnie. W skład zestawu wchodzi również monitor pacjenta (kardiomonitor), respirator, ssak, parownik oraz inne urządzenia niezbędne dla prawidłowo działającego zestawu aparatu do znieczulania, szczegółowo wyspecyfikowanego w zał. 9.1 do SWZ.

Zestaw urządzeń winien być zamontowany na Bloku Operacyjnym budynku Szpitala, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winien uruchomić zamontowane urządzenia oraz prawidłowo je skonfigurować ze szpitalną infrastrukturą techniczną, a także przeprowadzić szkolenia personelu obsługującego.

Szczegółowe wymagane parametry zawiera zestawienie warunków i parametrów wymaganych – zał. 9.1 do SWZ

#### **Pakiet 2 – Kolumna anestetyczna - 1 kpt.**

Kolumna anestetyczna montowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego wraz z podłączeniem instalacji wewnętrznych kolumny do szpitalnych instalacji elektrycznych, gazów medycznych i próżni oraz odciążu gazów anestetycznych.

Zestaw urządzeń winien być zamontowany na Bloku Operacyjnym budynku Szpitala, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winien uruchomić zamontowane urządzenia oraz prawidłowo je skonfigurować ze szpitalną infrastrukturą techniczną, a także przeprowadzić szkolenia personelu obsługującego.

Szczegółowe wymagane parametry zawiera zestawienie warunków i parametrów wymaganych – zał. 9.2 do SWZ

## **II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące wszystkich Pakietów :**

### **Wykonawca winien zapewnić:**

- szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów,
- gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące ( podanie wydłużonego okresu gwarancji stanowi II kryterium wyboru oferty)
- serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat,( podanie nazwy i adresu serwisu)
- gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat,
- czas reakcji serwisu max. 48 godz.
- zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia podstawowego

Urządzenia winny posiadać (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia):

- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
- Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,
  - **Do oferty należy dołączyć:**
    - materiały informacyjne Producenta lub Dystrybutora w języku polskim, zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.
    - w przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu

### **Uwaga:**

1) Podane w uszczegółowieniu nazwy własne produktów, procesów lub technologii mają tylko charakter informacyjny w celu określenia jakości standardu wykonania i nie naruszają zasad uczciwej konkurencji

Produkty równoważne muszą być zgodne z opisem zamówienia i muszą odpowiadać wszystkim parametrom technicznym, wielkością oraz funkcjonalnością określonymi w standardzie wykonania.

Materiały i urządzenia równoważne:

1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ustawy nPzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu

przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu starał się wskazać wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

- a) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty ([art. 226 ust. 1 pkt 5](#) n.P.z.p).
  - b) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (Zamawiający lub Wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej SWZ i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie.
- 2) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
  - 3) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne są o parametrach techniczno– eksploatacyjno–użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
  - 4) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt określony niniejszą SWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia, zmianę harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach:
    - a) Powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
    - b) Powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SWZ;
    - c) Wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
  - 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. 2 musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają

wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

- 6) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale.

**Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:**

<b>Kryterium</b>	<b>Waga kryterium Pkt.</b>
I Cena	60
II Okres udzielonej gwarancji	30
III Termin dostawy	10

**Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:**

cena oferty najtańszej  
\_\_\_\_\_ X 100 X 60 = liczba punktów  
cena oferty badanej

**Punkty za II kryterium „Okres udzielenia gwarancji ” zostaną obliczone według wzoru:**

Okres (w miesiącach) gwarancji oferty badanej  
\_\_\_\_\_ X 100 x 30 = liczba punktów

Najdłuższy proponowany okres (w miesiącach) gwarancji  
spośród złożonych ważnych ofert

1) Wymagany minimalny okres udzielenia gwarancji i rękojmi to **24 miesiące.**

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SWZ**) lub zaoferowania w ofercie krótszego okresu udzielenia gwarancji i rękojmi od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp.

3) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „**Okres udzielenia gwarancji** ” wynosi **30 pkt. (po uwzględnieniu wagi kryterium)**

**Punkty za III kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną obliczone według następujących zasad:**

Najkrótszy proponowany termin wykonania zamówienia ( w dniach)

\_\_\_\_\_ X 100 x 10 = liczba punktów

Termin wykonania zamówienia oferty badanej ( w dniach)

- 1) Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – max do **15.12.2025r .**
- 2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SWZ**) lub zaofiarowania dłuższego terminu wykonania zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp.
- 3) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „**Termin realizacji zamówienia**” wynosi **10 pkt. (po uwzględnieniu wagi kryterium)**

**Łączna ilość punktów / za kryterium I II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.**

Kolbuszowa 10.10.2025r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

.....

/ podpis osoby uprawnionej /