



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/19/P/2025

Katowice, 14.11.2025 r.

**KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU
NR 10
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PAKIETU NR 10**

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:

„Dostawy obłożeń, odzieży operacyjnej, wyrobów medycznych oraz opatrunkowych”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.08.2025 r.,
pod nr 2025/BZP 00375050/01

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 10 „Jednorazowa odzież ochronna” **zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z poniższym uzasadnieniem faktycznym:

Zamawiający popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 10, w poz. nr 7 i 8, w których wymagał zaoferowania masek medycznych posiadających poziom filtracji bakterii BFE na poziomie 98,24%, co stanowi ograniczenie dostępu do zamówienia Wykonawcom poprzez określenie parametru w sposób nieuprawniony tj. istotnie ograniczający został krąg podmiotów, które mogłyby złożyć ofertę odpowiadającą na potrzeby zamawiającego, poprzez ustalenie, że wymóg jest nadmierny w stosunku do celów jakim służy jego wprowadzenie - parametr ten powinien być określony na min. 98%, natomiast błędnie przyjętym parametrem filtracji bakterii BFE na poziomie 98,24 %, wg wiedzy zamawiającego charakteryzuje się tylko jeden produkt i takie ograniczenie jest niedopuszczalne.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej zwraca się szczególną uwagę na niedopuszczalność praktyki zamieszczania w opisie przedmiotu zamówienia pojedynczych wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka urządzeń na rynku, lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na rynku (m.in. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 września 2019 r., sygn. akt KIO/KD 58/19).

Dodatkowo, zgodnie z treścią wyroku KIO z 18 lipca 2022 r., sygn. akt KIO 1623/22, wady opisu przedmiotu zamówienia po upływie terminu składania ofert nie mogą podlegać usunięciu. Jeżeli zamawiający przed upływem tego terminu nie skorygował postanowień opisu przedmiotu zamówienia w określonym zakresie, to zasadnie przyjął, że należało unieważnić postępowanie i umożliwić wykonawcom równe szanse na uzyskanie zamówienia w ramach kolejnego postępowania. Podobnie Izba w wyroku z 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt KIO 909/22, stwierdziła, że dokonanie opisu zamówienia sprzecznie z art. 99 ust. 1 Pzp stanowi niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający, działając **na podstawie art. 260 ust. 1 ww. ustawy** zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 10, na podstawie art. 255 ust. 6) ww. ustawy.

Zatwierdzono:

Dyrektor
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach – s.p.z.o.o.
Adam Trzebinczyk