

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach do pomieszczeń magazynowych na terenie Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

Pakiet 1 – Rękawice chirurgiczne sterylne

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1	<p>Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, kształt anatomiczny.</p> <p>Grubość: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm oraz na mankiecie min. 0.14 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N; poziom protein $\leq 10\mu\text{g/g}$; AQL max 0,65.</p> <p>Sterylizowane radiacyjnie.</p> <p>Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.</p> <p>Do oferty dołączyć : - karty katalogowe Rozmiar 6-9 co 0,5</p>	Para	26 000 par
2	<p>Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny. Powierzchnia gładka z wykończeniem z mikroteksturą, silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana.</p> <p>Grubość: na palcu min. 0,14 mm (+/- 0.03 mm), na dłoni min. 0,13 mm (+/- 0.03 mm). Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Siła zrywu przed starzeniem ≥ 9 N; Bez protein lateksu. AQL max 0,65.</p> <p>Sterylizowane radiacyjnie.</p> <p>Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.</p> <p>Do oferty dołączyć : - karty katalogowe Rozmiar 6-9 co 0,5</p>	Para	100 par

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 1

L.p.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Całkowita długość rękawicy	0-20	< 280 mm - 0 pkt.

			≥ 280 mm - 20 pkt.
2.	Całkowita długość rękawicy	0-15	< 300 mm - 0 pkt. ≥ 300 mm - 15 pkt.

Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitylowe

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1	<p>Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,05 mm max. 0,07mm, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, bez protein lateksu; AQL = 1,0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione tiuramów . Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością oraz potwierdzone piktogramem na opakowaniu.</p> <p>Do oferty dołączyć: - karty katalogowe</p> <p>Rozmiar S, M, L</p>	Opak./100 szt.	18 000 opakowań

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 2

L.p.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Całkowita długość rękawicy	0-10	< 240 mm - 0 pkt. ≥ 240 mm - 10 pkt.
1.	Kolor rękawic	0-10	Inny niż niebieski -0 pkt. niebieski – 10 pkt.
1.	Siły zrywu przed starzeniem	0-15	<7 N- 0 pkt 7N i więcej – 15 pkt

Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1	Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z powierzchnią wewnętrzną chlorowaną, powierzchnią zewnętrzną teksturowaną, kolor niebieski, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Grubość na palcu min. 0,36 mm., na dłoni min.	Op. = 50 szt.	250 op.

<p>0,33 mm, na mankiecie 0,25 mm, AQL\geq1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 28 N oraz po starzeniu min. 24 N. Poziom protein lateksu <50ug/g;</p> <p>Do oferty dołączyć: - karty katalogowe</p> <p>Rozmiar S, M, L</p>		
---	--	--

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W Pakiecie 3

Lp.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Całkowita długość rękawicy	0-35	< 300 mm – 0 pkt. ≥ 300 mm – 35 pkt.

Pakiet 4 - Rękawice diagnostyczne winylowe

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość
1	Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretanową, zewnętrznie gładkie, rolowany mankiet, bez zawartości DOP/DEHP, DBP ; AQL \leq 1,5. Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Do oferty dołączyć: -Katalogi Rozmiar S, M, L	Opakowanie = 100 szt.	300 op.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH w Pakiecie 4

L.p.	Oceniana cecha	Punktacja	Szczegółowy opis kryteriów oceny
1.	Grubość rękawicy na palcu i dłoni	0-35	< 0,08 mm - 0 pkt. ≥ 0,08 mm - 35 pkt.

Oferowany przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz aktami wykonawczymi do niej. Przez dokument dopuszczający wyrób medyczny do obrotu rozumie się w szczególności deklarację zgodności CE.

-DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Warunki techniczne	35
III Termin dostawy	5

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60 = \text{liczba punktów}$$

Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium „warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ** do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium „warunki techniczne”:

- 1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 1** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
 - A) Całkowitą długość rękawicy(0-20 pkt)
 - B) Całkowitą długość rękawicy(0-15 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.1 do SWZ -zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B

PKT = ----- x 100 x 35

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1 do SWZ

- 2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 2** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Całkowitą długość rękawicy (0-10 pkt)
 - B) Kolor rękawic (0-10 pkt)
 - C) Siła zrywu przed starzeniem (0-15 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.2 do SWZ zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A +B+C}}{\text{-----}} \times 100 \times 35$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2 do SWZ

- 3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 3** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Całkowitą długość rękawicy(0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.3 do SWZ zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{PKT} = \frac{\text{Opcja punktowana A}}{\text{-----}} \times 100 \times 35$$

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3 do SWZ

- 4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w **Pakiecie 4** Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:
- A) Grubość rękawicy na palcu i dłoni (0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9.4 do SWZ zestawienie parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

$$\text{Opcja punktowana A}$$

PKT = ----- x 100 x 35

35 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4 do SWZ

Punkty za III kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (1 dzień) - 5 pkt. -
- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (2 dzień) - 4 pkt. -
- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (3 dzień) - 3 pkt. -
- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (4 dzień) - 2 pkt.
- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania (5 dzień) - 1 pkt.

- 1) Zamawiający wymaga **max 5-dniowego** (dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.
- 2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kolbuszowa 19.01.2026r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....