



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/01/P/2026

Katowice, 10.02.2026 r.

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:

Dostawa materiałów do procesów sterylizacji

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.02.2026 r.,
pod nr r 2026/BZP 00088792/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dot. pak. 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych wskaźników typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135°C. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie: 250 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu, testy kompatybilne z przyrządem opisanym w pozycji nr 12.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Dot. pak. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SWZ, na którym zmiana przebarwienia opisana jest w języku angielskim? Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielski.”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 3 do brzmienia: " (napisy w języku polskim lub angielskim)". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 3: „Dot. pak. 3

Prosimy o odstąpienie wymogu oświadczenia producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min. 6 miesięcy. Wymóg ten ogranicza możliwość złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców. Ponadto o terminie ważności sterylnego pakietu decydują warunki i sposób jego przechowywania a nie parametry rękawa.”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 3 do brzmienia: "Rękawy papierowo-foliowe - papier o gramaturze min. 60 g/m², folia min. 5 warstwowa, min. 3 kanały zgrzewu na wszystkich rozmiarach, wskaźniki procesu i wszystkie napisy umieszczone poza przestrzenią pakowania, jednoznaczne oznakowanie kierunku otwierania, nawinięcie rękawów na rolce folią na zewnątrz, czytelnie oznaczona seria, data produkcji, rozmiar, nazwa producenta (napisy w języku polskim). Towar ma posiadać potwierdzoną charakterystykę wytrzymałościową." Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 4: „Dot. pak. 3 poz. 1F

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SWZ w rozmiarze 125mm?”



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 3 poz. 1F do brzmienia: "w rozmiarze 120 mm -125mm" Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 5: „Dot. pak. 3 poz. 1A

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z SWZ w rozmiarze 400mm?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 3 poz. 1A do brzmienia: "w rozmiarze 400 mm -440mm" Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 6: „Dot. pak. 3

Czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymagań poza tymi, które zostały określone w SWZ.

Pytanie 7: „Dot. pak. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co zwiększa jego czytelność, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm², zgodnie z normą PN 868?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania. Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8: „Dot. pak. 3

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz Wytycznymi SBA (Sterile Barrier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednorazowego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?”

Odpowiedź 8: Zamawiający wymaga umieszczenia oznakowania CE na opakowaniu sprzedażowym. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy rękaw (sztuka) był oznaczony znakiem potwierdzającym jednorazowe przeznaczenie wyrobu.

Pytanie 9: „Dot. pak. 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie opakowań w rozmiarze 400 x 550mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 6 poz. 3 do brzmienia: " Opakowania pasteryzacyjne samoprzylepne, foliowe. Rozmiar 400 x 550 mm lub rozmiar 400 x 760". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 10: „(umowa § 2 pkt. 21, SWZ pkt. 3.7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach pakietu nr 5, kaset Sterrad 100NX z 9 miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?”

Odpowiedź 10: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w ramach pakietu nr 5 kaset Sterrad 100NX z terminem ważności wynoszącym 9 miesięcy, liczonym od daty dostawy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa zgoda stanowi zmianę treści SWZ pkt 3.7 oraz § 2 pkt 21 projektowane postanowienia umowy w zakresie dotyczącym pakietu nr 5 i w tym zakresie dopuszcza wskazany, 9 miesięczny termin ważności.

Pytanie 11: „SWZ 11.2.1: czy Zamawiający dopuści złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?”



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa bez wskazania konkretnego postępowania. Jednocześnie Zamawiający nie narzuca szczególnej formy ani wzoru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno jednak w sposób jednoznaczny określać zakres umocowania, tj. wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest uprawniony w imieniu mocodawcy, w szczególności czynności związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami Pzp, takie jak składanie ofert, oświadczeń i dokumentów.

Pytanie 12: „Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści opakowania posterylizacyjne, które nie są wyrobem medycznym z 23% stawką VAT?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza opakowania posterylizacyjne, które nie są wyrobem medycznym przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13: „Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1a: Czy w miejsce rękawa o szerokości 420-440mm Zamawiający dopuści rękaw 400mm?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 3 poz. 1A do brzmienia: "w rozmiarze 400 mm -440mm" Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Pytanie 14: „Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1i: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje brzmienie formularza cenowego dla pakietu nr 3 poz. 1i do brzmienia: " w rozmiarze 50 mm -55 mm" Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do niniejszego pisma (Formularz cenowy).

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zmianę treści SWZ, która jest istotna dla sporządzenia oferty lub może wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, przedłużeniu ulega termin składania ofert **do dnia 17.02.2026 r.** do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.05, a także termin związania ofertą do dnia **18.03.2026 r.** Stosownym zmianom ulega także treść ogłoszenia o zamówieniu..

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Formularz cenowy.

Zatwierdzono:

Dyrektor
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Adam Trzebinczyk