

Załącznik nr 2

Eap-2412/11/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„ Dostawa sterylizatora parowego w ramach dofinansowania KPO - powtórzenie ” ,
w ramach projektu: **"Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,**”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż , dostawę, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń medycznych fabrycznie nowych, nie demonstracyjnych lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanych wcześniej do Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej , spełniających wymagania określone w SWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Sterylicator parowy – przelotowy z wytwornicą pary – 1 kpt.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy sterylizatora parowego – przelotowego z wytwornicą pary wraz instalacją i uruchomieniem, a także wózka wsadowego na kosze oraz 2 wózków transportowych

Urządzenie winno być zamontowane i uruchomione w pomieszczeniu Pracowni Sterylizacji w budynku Szpitala, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winien uruchomić zamontowane urządzenia oraz prawidłowo je skonfigurować ze szpitalną infrastrukturą techniczną, a także przeprowadzić szkolenia personelu obsługującego.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zapewnia podłączenie wody Demi , zimnej wodociągowej ,sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 bar oraz odpływu w strefie montażu sterylizatora. Nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń.

Droga transportowa- Powierzchnia płaska , wymiar drzwi : szerokość 142cm , wysokość 202 cm.

Szczegółowe wymagane parametry zawiera zestawienie warunków i parametrów wymaganych – zał. 9 do SWZ

II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego :

Wykonawca winien zapewnić:

- szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, zakończone protokołem odbioru
- gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące (podanie wydłużonego okresu gwarancji stanowi III kryterium wyboru oferty)

Urządzenia winny posiadać (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty lub oświadczenia):

- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
- Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,

- **Do oferty należy dołączyć:**

- materiały informacyjne Producenta lub Dystrybutora w języku polskim, zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

- w przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu

Uwaga:

1) Podane w uszczegółowieniu nazwy własne produktów, procesów lub technologii mają tylko charakter informacyjny w celu określenia jakości standardu wykonania i nie naruszają zasad uczciwej konkurencji

Produkty równoważne muszą być zgodne z opisem zamówienia i muszą odpowiadać wszystkim parametrom technicznych, wielkością oraz funkcjonalnością określonymi w standardzie wykonania.

Materiały i urządzenia równoważne:

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia ww. określeń Zamawiający informuje, że zostały one podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów

jakościowych, jakimi co najmniej winny odpowiadać zamawiane produkty/ usługi. Takie parametry, gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych badań. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zwrot "równoważny" oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt lub usługę zbliżone pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu lub usługi dostarczanej przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z produktem lub usługą wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie zbliżonych cech i parametrów funkcjonalnych.

Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiągniętych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów/ usług równoważnych jakościowo do produktów/ usług wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
- 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

Przez certyfikaty równoważne Zamawiający rozumie certyfikaty, które są analogiczne co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako certyfikaty dotyczące:

- a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli której dotyczy certyfikat;
- b) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; c) analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu oraz potwierdzony jest egzaminem/ testami, jeśli są wymagane dla uzyskania certyfikacji w danej dziedzinie.

Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

- a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;
- b) analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

UWAGA!

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia – max do 22.06.2026r .

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	60
II Jakościowe warunki techniczne	30
III Gwarancja	10

1. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60 = \text{liczba punktów}$$

2. Punkty za II kryterium „Jakościowe warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

1) W II kryterium „Jakościowe warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg **załącznika nr 9 do SWZ**, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny **jakościowych warunków technicznych asortymentu** z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych (np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia urządzeń demo.

2.2 Ocena ofert w II kryterium „jakościowe warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

- a) Rodzaj i sposób działania dostarczonej drukarki – 10 pkt.
- b) Ilość programów sterylizacyjnych – 10 pkt.
- c) Możliwość modyfikacji parametrów sterylizacji – 10 pkt.

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku nr 9 do SWZ - zestawienie parametrów ocenianych, a dotyczących parametrów technicznych punktowanych.

Opcja punktowana A + B + C

PKT = ----- x 100 x 30%

30 - Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego **zał .nr 9 do SWZ**

Punkty za III kryterium „Okres udzielenia gwarancji ” zostaną obliczone według wzoru:

Okres (w miesiącach) gwarancji oferty badanej

----- X 100 x 10 %= liczba punktów

Najdłuższy proponowany okres (w miesiącach) gwarancji

spośród złożonych ważnych ofert w Pakiecie

1) Wymagany minimalny okres udzielenia gwarancji i rękojmi to **24 miesiące**.

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym (**załącznik nr 1 do SWZ**) wartości liczbowej określającej ilość miesięcy udzielonej gwarancji, wpisania wartości 0 lub zaoferowania w ofercie krótszego okresu udzielenia gwarancji i rękojmi od wymaganego, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres nieodpłatnej gwarancji zostanie przyjęty minimalny okres nieodpłatnej gwarancji wskazany w OPZ.

3) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „**Okres udzielenia gwarancji**” wynosi **10 pkt. (po uwzględnieniu wagi kryterium)**

Łączna ilość punktów / za kryterium I II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa 08.05.2026r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

.....

/ podpis osoby uprawnionej /