

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy

Oferowane wyroby powinny być przystosowane do aparatów osoczowych DigiPla 80 będących na wyposażeniu RCKiK w Krakowie.

1.

Zestawy do pobierania osocza – 5200 sztuk

Jednorazowy zestaw do pobierania osocza metodą wirowania przystosowany do separatora osoczowego DigiPla80

Zestaw zintegrowany fabrycznie z pustym pojemnikiem transferowym o pojemności 1200 ml

Zestaw posiada dwa kolce do podłączenia pojemników: z antykoagulantem i z NaCl 0,9%

Zestaw posiada końcówkę typu Luer do podłączenia igły

Zestaw pakowany indywidualnie i zbiorowo

Na opakowaniu indywidualnym i zbiorczym umieszczone informacje : REF, LOT, data ważności, rodzaj produktu, nazwa producenta.

2.

Roztwór antykoagulacyjny 4% cytrynianu sodu- 5300 sztuk

Pakowany indywidualnie w przezroczyste worki o pojemności 250 ml wykonane z polipropylenu, dodatkowo pakowane zbiorczo

Opakowanie indywidualne dostosowane do podłączenia z zestawem za pomocą kolca (spike)

Na opakowaniu z płynem REF, LOT, skład, data ważności, informacja o producencie, informacja o temperaturze przechowywania,

Pojemnik musi zawierać oznakowanie w kolorze czerwonym, umożliwiające identyfikację po podłączeniu do zestawu.

W pojemniku zbiorczym winna znajdować się ulotka w języku polskim.

3. Igła dializacyjna 16G sterylna, jednorazowa- 5300 sztuk

Igła posiada:

zabezpieczenie do schowania igły

żeńskie połączenie typu „luer lock”

długość drenu od igły minimum 15 cm

na drenie igły otwierany zacisk

igły pakowane pojedynczo i zbiorowo

na opakowaniu pojedynczym i zbiorowym: REF, LOT, data ważności, informacja o producencie, nazwa producenta

Przedmiot dostawy, w momencie dostawy, powinien mieć termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.